



180011113644



(2018) 国认监认字(64)号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0450



161011110680



JST-FW202003456



产品名称 KN95杯型口罩

委托单位 金华市今义焊接防护工具有限公司

检验检测报告

TEST REPORT



国家服饰及布艺产品质量监督检验中心(江苏)

National Apparel and Cloth Art Products Quality Supervision and Inspection Center(Jiangsu)

江苏省纺织产品质量监督检验研究院

Jiangsu Textiles Quality Services Inspection Testing Institute

江苏省纺织产品质量监督检验研究院


检 验 报 告



JST-FW202003456



共 2 页 第 1 页

产品名称	KN95杯型口罩	型号规格	—
委托单位	金华市今义焊接防护工具有限公司	商 标	今义
地 址	浙江省金华市婺城区罗店镇工业区张家村	检验类别	委托送样
生产单位	金华市今义焊接防护工具有限公司	样品等级 安全类别	KN95/—
地 址	浙江省金华市婺城区罗店镇工业区张家村	到样日期	2020/5/29
抽样地点	—	检验日期	2020-05-29~2020-06-09
样品数量	30只	分包情况	—
抽样基数 抽样批量	—/—	样品状态	符合检验要求
批号或货号 或款号	JY-5231	生产日期	—
检验/判定 依据	GB 2626-2006《呼吸防护用品 自吸过滤式防颗粒物呼吸器》		
检验结论	见检测结果页。		
备注	签发日期： 2020年06月09日		

批准：

赵 磊

编制：

应 莉 莉

1. 报告无“检验检测专用章”，或无批准人签字，或无二维码，或涂改，或不完整无效。
2. 报告各页条码不一致或报告与扫描二维码显示的内容不一致无效。
3. 未经本院批准，不得复制(全文复制除外)报告。委托送样检验结果仅对来样负责。
4. 如对本报告有异议，应于收到报告之日起15日内向本院提出。

地址：南京市光华东街3号
 邮编：210007
 电话/传真：025-85770158/85770018
 网址：<http://www.jst.gov.com>

检测结果



JST-FW202003456

共 2 页 第 2 页

序号	检验项目		测试方法	技术要求	检验结果	单项判定
1	外观检查		GB 2626-2006	样品表面不应破损、变形和有明显的其他缺陷，头带应可调。	符合	合格
2	过滤效率(%)	未处理样	GB2626-2006	≥ 95.0	97.2, 98.6, 99.4, 98.5, 98.0, 98.2, 98.1, 97.7, 97.6, 98.1	合格
3	吸气阻力(Pa)	未处理样	GB2626-2006	≤ 350	150, 155	合格
4	呼气阻力(Pa)	未处理样	GB2626-2006	≤ 250	137, 138	合格
5	视野(°)		GB 2890-2009之6.8	下方视野 ≥ 60	75	合格
6	头带		GB 2626-2006	承受10N拉力，持续10s，不应出现滑脱或断裂	符合	合格